

THƯ MỜI

Về việc chào giá sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ tùng Hệ thống Oxy trung tâm tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu

Kính gửi: Các Công ty, các nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế.

Trước hết Trung tâm Y tế quận Hải Châu xin chân thành cảm ơn các Công ty, các nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế đã hợp tác với Trung tâm trong thời gian qua;

Dựa vào biên bản giám định về việc hư hỏng Hệ thống Oxy trung tâm; Để có cơ sở lập kế hoạch sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ tùng cho Hệ thống Oxy trung tâm; Trung tâm Y tế quận Hải Châu kính mời các đơn vị quan tâm, cung cấp bảng chào giá dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ tùng theo phụ lục đính kèm gửi về Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế quận Hải Châu trước 08g00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2023 để tổng hợp;

Đơn vị tham dự chào giá phải đạt đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đơn vị tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có); hiệu lực của chào giá;

Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao bằng dấu của đơn vị tham gia chào giá để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá, ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi;




Các tài liệu xin gửi về: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Địa chỉ: 38 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, TCKT, KD-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC 


Nguyễn Trọng Phương

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ
(Đính kèm Thư mời số 10 /TM-TTYY ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Hải Châu)



STT	Tên danh mục hàng hóa/ Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng-Nước sản xuất	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền
	Hệ thống Oxy trung tâm - Hãng sản xuất: Amico - Nước sản xuất: Canada						
	Dịch vụ sửa chữa khẩn cấp phực hồi:						
1	Bảo dưỡng hệ thống						
	Linh kiện, phụ tùng thay mới:						
1	Bộ dây dẫn Oxy cao áp	- Chất liệu đồng nguyên chất. - Đường kính 12mm. - Thiết kế theo tiêu chuẩn khí y tế NFPA 99.	Cái	12			
2	Van một chiều	- Được thiết kế theo 2 cấp. - Mức thấp: 5,1 bar (75Psi) - Mức cao: 15,5 bar (225 Psi) - Thiết kế theo tiêu chuẩn khí y tế NFPA 99.	Cái	12			
3	Bộ chuyên hướng Oxy tự động	- Áp lực cao từ bình chứa sẽ được giảm áp theo 2 cấp bởi các van giảm áp sơ cấp và thứ cấp tại từng nhánh. - Đảm bảo cung cấp Oxy liên tục ngay cả khi mất điện.	Bộ	01			
4	Mạch hiển thị và cảnh báo áp lực	- Đèn báo hiệu đèn đèn đang sử dụng (xanh, vàng, đỏ). - Nguồn cấp điện cho bảng điện tử LED của bộ điều phối khí: 110-240VAC/50HZ-60HZ/1 pha.	Bộ	01			
Tổng cộng : 02 mục, 05 khoản							

Bảng chữ:

Hiệu lực của Bảng chào giá:.....

